北京天净沙基因科技有限公司

产品质量检验报告

Certificate of Analysis

产品名称 Product

13-55700 传染性胰脏坏死病病毒电泳法 RT-PCR 试剂盒

产品编号: 13-55700　　引物干粉编号：yw15-55700af

阳性对照编号：pc55700-MH562041

生产日期 Mfg.date

2025-07-25

生产批号 Lot No.

029109wmx

检测日期 Test.date

2025-07-25

保质期 Shelf life.

12 个月

项目标准 Parameter	标准 Specifications	检测结果 Result
分析灵敏度 Analytical Sensitivity	用阳性对照测试不低于 100 拷贝/反应	合格
分析特异性 Analytical Specificity	1、不能扩增其他生物 DNA。 2、In-Silico PCR 分析 Genbank，引物不跟其他病毒发生交叉反应。	合格
检测 Test	阴性对照测试反应	合格

结论 Conclusion：

合格 Conforming


备注 Remarks：

wmx 生产

编制 Issued by:　　审核 Reviewed：

地址：北京市海淀区上地信息路 1 号 1 号楼 4 层 404

附件：原始数据



CT 值及标准曲线

E1	E2	E3	NC
30.37	29.15	25.96	Undetermined

质检设备：Q1600 实时荧光定量 PCR 仪

产品型号：Q1602

设备厂家：杭州柏恒科技有限公司