天净沙系列

CAT#:15-227-16

低温运输，-20℃保存

天净沙

16 种鱼源性成分探针法 qPCR 试剂盒套装（不含内参）

16 Species of Fish -Ingredient Probe PCR Kit

使用手册 V0.5

北京天净沙基因科技有限公司

网址：www.tjs.bio；电话：400-1078566；电邮：order@tjs.bio

产品及特点

本试剂盒套装可用于检测食品或其他材料中是否有大西洋鳕鱼、太平洋鳕鱼、北太平洋无须鳕、狭鳕、细鳞壮鳕、革平鲀、六线鱼、大黄鱼、舌鳎、牙鲆、大菱鲆、细鳞大麻哈鱼、大西洋鲑鱼、史氏鲟、小体鲟、欧鳇共 16 种鱼的成分。现代食品加工工艺极大改变了食材原有的味道、气味、色泽、纹理和质地等特性，因此传统的感官鉴别技术已经无法对食材的真伪进行准确的鉴定。同时部分食材还有致敏性，因此基于基因检测的、快速灵敏的食材来源检测技术将对食品监管和安全提供重要的保障。此外还有很多情况需要检测非食品样本中是否有这些鱼源性成分。本产品就是为满足这些需求根据 PCR 原理开发的产品，它具有下列特点:

1. 即开即用，用户只需要提供样品 DNA 模板。
2. 引物和探针经过优化，灵敏度高，最低检测限可达 100 拷贝/反应。
3. 提供阳性对照，便于区分假阴性结果。
4. 特异性高，引物是根据上述 16 种鱼各自基因组 DNA 高度保守区设计，不会跟其它生物的 DNA 发生交叉反应。
5. 既可定性检测，又可定量检测。定量检测时，线性范围至少 5 个数量级。
6. 本产品是 16 种鱼的源性成分检测的组合套装，每种鱼的源性成分检测试剂盒共能进行 50 次 20 μL 体系的探针法荧光定量 PCR 反应。
7. 本产品只能用于科研。

规格及成分

本产品使用五孔盒×16 包装

成分	编号	规格	包装
2×Probe qPCR MasterMix	981201	500 μL×16	0.5 mL 本色管×16
荧光 PCR 专用模板稀释液	180701	1 mL×16	1.5 mL 绿盖管×16
超纯水	210806	1 mL×16	1.5 mL 蓝盖管×16
16 种鱼源性成分 qPCR 引物-探针干粉	yp15-227-16	50 次×16	0.5 mL 棕色管×16
16 种鱼源性成分 阳性对照(1E7 拷贝/μL)	pc227-16	50 μL×16	0.5 mL 黄盖管×16
使用手册	sc15-227-16	1 份	无

注意：引物-探针干粉在使用前需要离心，然后在离心管中加入 165 μL 的超纯水充分混匀后再使用，未用完的需要-20℃保存。

运输及保存

低温运输，-20℃保存，保存期限为 12 个月。

自备物品

超纯水，样品 DNA。

使用方法

本产品是 16 种鱼源性成分探针法 qPCR 试剂盒套装，每个不同种类鱼的检测试剂应

单独使用，不能混用，下面以大黄鱼源性成分检测为例介绍使用方法。

一、稀释标准曲线样品（以 1E1-1E6 拷贝/μL 这 6 个 10 倍稀释度为例）。由于标准品浓度非常高，因此下列稀释操作一定要在独立的区域进行，千万不能污染样品或本试剂盒的其他成分。本产品不提供活体样品做阳性对照，只提供 DNA 片段作为阳性对照。

1. 标记 6 个离心管，分别为 6、5、4、3、2、1。
2. 用带芯枪头分别加入 45 μL 荧光 PCR 专用模板稀释液，最好用带芯枪头（下同）。
3. 在 6 号管中加入 5 μL 1E7 拷贝/μL 的阳性对照(试剂盒提供)，充分震荡混匀 1 分钟，得到 1E6 拷贝/μL 的标准曲线样品。放冰上待用。
4. 换枪头，在 5 号管中加入 5 μL 1E6 拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得)，充分震荡混匀 1 分钟，得到 1E5 拷贝/μL 的标准曲线样品。放冰上待用。
5. 依次重复上面的操作得到 6 个稀释度的标准曲线样品。放冰上待用。

二、样品 DNA 的制备

6. 如果有 N 个样品，最好设置 N+2 个提取，多出的一个是 PC（样品制备阳性对照），一个是 NC（样品制备阴性对照）。可以用 10 μL 上步所得 4 号稀释液再加上一定量的水使总体积跟每次制备要求的体积一样，以此作为 PC。另外用水作为 NC。
7. 用自选方法纯化样品的 DNA，本试剂盒跟市场上大多数样品 DNA 提取试剂盒兼容。也可以选购本公司的免提取核酸释放剂。

三、qPCR 反应（20 μL 体系，在样品制备室进行）

8. 如果做定量分析并且只做 1 次重复，则标记 N+9 个 PCR 管，其中 N+2 个用于上步得到的 N+2 个样品，1 个用于 PCR 阴性对照（用水做模板），6 个用于标准曲线。如果做定性分析并且只做 1 次重复，则标记 N+4 个 PCR 管，其中 N+2 个用于上步得到的 N+2 个样品，1 个用于 PCR 阴性对照（用水做模板），1 个用于 PCR 阳性对照（直接用第 5 步第 4 号管的阳性对照稀释液做模板）。下面只以定量分析为例描述操作步骤。
9. 在标记管中按下表加入各成分（本表只列出一次重复。样品管和阴性对照设置完毕后才设置阳性对照，并且阳性对照样品要等所有管子盖上盖子储存好后最后加）：

成分	样品管 N+3 个	PCR 阴性 对照管	标曲样品管 (1-6)

2×Probe qPCR MasterMix	各 10 μL	10 μL	各 10 μL
大黄鱼源性成分 qPCR 引物-探针混合液	各 3 μL	3 μL	各 3 μL
待测样本 DNA 模板	7 μL	不加	不加
超纯水	不加	7 μL	不加
第 5 步所得标准曲线样品稀释液（1-6 号）	不加	不加	各 7 μL（1 号样到 1 号管，2 号样到 2 号管…）

10. 盖上盖子后上机，按下面参数进行 PCR:

过程	温度	时间
预变性	95℃	10 min
PCR 反应（40 个循环）	95℃	15 sec
	52℃	15 sec
	72℃	30 sec（采集 FAM 通道荧光信号，淬灭基团为 TAMRA）

四、数据处理

11. 如果扩增阳性对照或制备阳性对照结果为阴性，则整个扩增或制备实验无效，不需要分析数据，需要重做扩增或制备或跟厂家联系。如果扩增阴性对照或制备阴性对照结果为阳性，说明环境污染，则整个扩增或制备实验无效，不需要分析数据，需要跟厂家联系，购买新的引物和探针。
12. 如果阴性对照和阳性对照正常，则实验有效，可以进入后续分析。
13. 如果把本试剂盒用于定量检测，则以阳性对照浓度的 log 值为横轴，以 Ct 值为纵轴，绘制标准曲线。再以待测样品的 Ct 值从标准曲线上推算出样品 DNA 浓度的 log 值，再推算出其浓度。
14. 如果把本试剂盒用于定性检测，只判断阳性或阴性，则阴性对照必须无 Ct 或 Ct 大于或等于 40。阳性对照必须有荧光对数增长，有典型扩增曲线，Ct 值应该小于 40，否则实验无效。如果实验有效，则分析待测样品，如果无 Ct 或 Ct 大于或等于 40，则为阴性。如果 Ct 小于 40 则为阳性。

五、其他 15 种鱼源性成分检测

15. 他 15 种鱼的源性成分检测方法同 1-14 步，只是阳性对照与引物探针不同。

关联产品	大黄鱼源性成分探针法 qPCR 试剂盒（不含内参）