北京天净沙基因科技有限公司

# 产品质量检验报告

# Certificate of Analysis

产品名称 Product

15-30900 细小病毒 B19 探针法 qPCR 试剂盒

产品编号: 15-30900　　引物探针干粉编号：yp15-30900

阳性对照编号：pc30900-JX027214

生产批号 Lot No.

016184wmx

生产日期 Mfg.date

2025-06-16

检测日期 Test.date

2025-08-01

保质期 Shelf life.

12 个月

| 项目标准<br>Parameter | 标准<br>Specification | 检测结果<br>Result |
|---|---|---|
| 分析灵敏度<br>Analytical Sensitivity | 用阳性对照测试不低于 100 拷贝/反应 | 合格 |
| 分析特异性<br>Analytical Specificity | 1、 不能扩增其他病毒 DNA。<br>2、 In-Silico PCR 分析 Genbank，引物和探针不跟其他核酸发生交叉反应。 | 合格 |
| 线性范围<br>Linearity Range | 1E6-1E1 标准曲线的 r2 不小于 0.95 | 合格 |

结论 Conclusion：

合格 Conforming

备注 Remarks：

wmx 生产（wmx 年检）


编制 Issued by：　　审核 Reviewed：DX

地址：北京市海淀区上地信息路 1 号 1 号楼 4 层 404

附件：质检原始数据




| E6 | E5 | E4 | E3 | E2 | E1 | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 52 | 23. 42 | 27 | 29. 74 | 32. 24 | 36. 52 | Undetermined |




质检设备：Q1600 实时荧光定量 PCR 仪

产品型号：Q1602

设备厂家：杭州柏恒科技有限公司

地址：北京市海淀区上地信息路 1 号 1 号楼 4 层 404