天净沙系列

CAT#:12-24820

低温运输，-20℃保存

天净沙

诺如病毒 G2 型可视化染料 RT-LAMP 试剂盒

Norwalk Viruses G2 Colorimetric RT-LAMP Kit

使用手册 V1.0

北京天净沙基因科技有限公司

网址：www.tjs.bio；电话：400-1078566；电邮：order@tjs.bio

产品及特点

诺如病毒（Norwalk Viruses，NoV）是一种单股正链 RNA 病毒，基因组全长约 7500~7700 nt。该病毒具有遗传多样性，早期的分类是根据衣壳蛋白的全长序列将其分为 5 个基因群（GI-GV）。其中诺如病毒 G2 型（Norwalk Viruses G2）主要感染人类，会导致严重腹泻，引起急性肠胃炎，严重威胁人类健康，带来巨大经济损失，因此快速检测诺如病毒 G2 型具有重要的意义。为此，本公司基于可视化 RT-LMAP 技术，开发了简单快捷的诺如病毒 G2 型可视化 RT-LAMP 检测试剂盒，它具有下列特点：

1. 即开即用，用户只需要提供 RNA 样品。
2. 恒温扩增，可以不需要荧光 PCR 等贵重仪器。
3. 检测灵敏度一般比 RT-PCR 高 10 倍以上。
4. 特异性高，根据诺如病毒 G2 型保守序列设计 6 条特异引物，不会跟其他生物的 RNA 发生交叉反应。
5. 一般 30 分钟内出结果，比 PCR 快。
6. 上样量大，对 20 μL 的反应体系，最大样品加样量高达到 14 μL。
7. 内含的 dUTP-UNG 可防交叉污染。
8. 提供无传染性的阳性对照，便于分析实验结果。
9. 本产品只能用于定性分析，不推荐用于定量分析。
10. 本产品足够 50 次 20 μL 体系的可视化 RT-LAMP 扩增。
11. 本产品只可用于科研。

规格及成分

本产品采购五孔盒包装

成份	编号	规格	包装
4×RT-LAMP MasterMix（可视化染料法，待加酶）	211221a	200 μL	0.5 mL 绿盖管
逆转录酶-扩增酶混合液	211208b	50 μL	0.5 mL 红盖管
20×诺如病毒 G2 型 LAMP 引物干粉	yw16-24820jm	50 次	0.5 mL 白盖管
诺如病毒 G2 型阳性对照（1E4 拷贝/μL）	pc24820-GU991353	250 μL	0.5 mL 黄盖管
超纯水	210806	1 mL	1.5 mL 蓝盖管
使用手册	12-24820sc	1 份	无

注：引物干粉在使用前需要短暂离心，然后在离心管中加入 55 μL 超纯水充分混匀后得到 LAMP 引物混合液再使用，未用完的需要-20℃保存。

运输及保存

低温运输，-20℃保存，保存期限为一年。

自备物品

待测样品 RNA。

使用方法

一、样品 RNA 的制备

1. 用自选方法纯化样品 RNA，本试剂盒跟市场上大多数 RNA 提取试剂盒兼容，包括本公司的免提取的核酸释放剂。

2. 如果有 N 个样品，则需要做 N+2 个样品制备，包括一个样品制备阳性对照（PC）和一个样品制备阴性对照（NC）。PC 用 10 μL 本试剂盒提供的阳性对照（1E4 拷贝/μL）加一定量的水作为样品制备 PC，加水后的总体积跟所用核酸纯化试剂盒所要求的起始样本体积一致。NC 用水替代。

二、RT-LAMP 反应（20 μL 体系）


3. 反应设置：第一次使用时请把所有逆转录酶-扩增酶混合液（50 μL，本试剂盒提供）加入到 4×RT-LAMP MasterMix（可视化染料法，待加酶）中，轻柔颠倒 20 次充分混匀，然后再取用。如果有 N+2 个 RNA 纯化样品，则最好设置 N+4 个 RT-LAMP 扩增，增加 RT-LAMP 扩增阳性对照和 RT-LAMP 扩增阴性对照各 1 个。在 N+4 个 PCR 管中加入下列成分：

成分	N+2 个样品管	RT-LAMP 阴性对照	RT-LAMP 阳性对照
4×RT-LAMP MasterMix（可视化染料法，加酶后）	各 5 μL	5 μL	5 μL
20×诺如病毒 G2 型 LAMP 引物混合液	各 1 μL	1 μL	1 μL
N+2 个样品 RNA	各 14 μL	不加	不加
超纯水	不加	14 μL	不加
诺如病毒 G2 型阳性对照（1E4 拷贝/μL）	不加	不加	14 μL


4. 使用常规 PCR 仪进行 LAMP 反应，设置程序时必须打开热盖，设置成 65℃保温 60 分钟进行扩增。

三、结果分析

5. 电泳分析：由于取样时非常容易产生气溶胶污染，污染实验环境并且非常难清除污染，所以强烈建议不要采取此方法分析实验结果。即使使用，也要在不同的房间，使用不同的移液枪操作。具体做法是取 10 μL RT-LAMP 扩增产物跟自备上样液混合后进行 2%琼脂糖凝胶电泳。RT-LAMP 阳性对照必须有正常 RT-LAMP 条带（200 bp 左右的梯形扩增产物），RT-LAMP 阴性结果必须无条带，否则实验结果无效。如果 RT-LAMP 阳性对照和阴性对照结果正常，再分析待测样品。典型的电泳结果见下表，奇数样为阴性结果，偶数样为阳性结果：



6. 可见光（肉眼）分析：样品制备阳性对照和 RT-LAMP 阳性对照的反应液将呈蓝色，样品制备阴性对照和 RT-LAMP 阴性对照的反应液将呈淡蓝色或无色，否则提取实验或扩增实验无效。如果阳性和阴性对照结果正常，则实验有效，可以分析样品的情况。样品管的颜色接近扩增阳性对照管则说明样品为阳性，如果接近阴性对照则说明待测样品为阴性。典型的可将光检测结果见左图（9 为阴性，10 为阳性）。



关联产品	诺如病毒 G2 型可视化染料-荧光染料 RT-LAMP 试剂盒

20251015ztl