天净沙系列

CAT#:15-14430-3

低温运输，-20℃保存

天净沙

伯氏疏螺旋体/普氏立克次氏体/伤寒立克次体三重探针法 PCR 试剂盒

Borrelia burgdorferi/Rickettsia prowazekii/Rickettsia typhi Triplex Probe PCR Kit

使用手册 V0.5

北京天净沙基因科技有限公司

网址：www.tjs.bio；电话：400-1078566；电邮：order@tjs.bio

产品及特点

伯氏疏螺旋体/普氏立克次氏体/伤寒立克次体（*Borrelia burgdorferi/Rickettsia prowazekii/Rickettsia typhi*）都是重要的病原体，属于革兰氏阴性菌，主要通过媒介如蜱、虱、蚤传播，引起的人畜共患病。伯氏疏螺旋体会引起莱姆病，感染后早期会出现慢性游走性红斑。普氏立克次氏体引起一种严重的、可能致命的流行性斑疹伤寒，主要表现为突发高热、剧烈头痛、寒战和皮疹。伤寒立克次体引起地方性斑疹伤寒，也称为鼠型斑疹伤寒。其临床症状与流行性斑疹伤寒相似，包括发热、头痛、皮疹等。本产品就是以探针法 qPCR 技术为基础开发的相关试剂盒。它具有下列特点：

1. 即开即用，用户只需要提供样品 DNA 模板。
2. 引物和探针经过优化，分析灵敏性高，可以达到 100 拷贝/反应。
3. 提供阳性对照，便于排除假阴性结果。
4. 特异性高，引物和探针分别根据伯氏疏螺旋体/普氏立克次氏体/伤寒立克次体高度保守区设计，不会跟其他生物的 DNA 发生交叉反应。
5. 本产品只用于定性检测，不推荐用于定量检测。
6. 伯氏疏螺旋体/普氏立克次氏体/伤寒立克次体分别用 Cy5、HEX 和 FAM 标记的三个探针检测。
7. 本产品足够 50 次 20 μL 体系的探针法 qPCR 反应。
8. 本产品只能用于科研。

规格及成分

本产品使用十孔盒包装

成分	编号	规格	包装
2×Probe qPCR MasterMix	981201	500 μL	0.5 mL 红盖管
荧光 PCR 专用模板稀释液	180701	1 mL	1.5 mL 绿盖管
伯氏疏螺旋体/普氏立克次氏体/伤寒立克次体 三重 PCR 引物-探针干粉	yp15-14430-3	50 次	0.5 mL 棕色管
伯氏疏螺旋体 阳性对照（1E4 拷贝/μL）	pc14430	50 μL	0.5 mL 本色管
普氏立克次氏体 阳性对照（1E4 拷贝/μL）	pc18520	50 μL	0.5 mL 白色管
伤寒立克次体 阳性对照（1E4 拷贝/μL）	pc18560	50 μL	0.5 mL 黄盖管
使用手册	15-14430-3sc	1 份	无

注意：在使用前需要短暂离心引物-探针干粉管，然后在离心管中加入 165 μL 的超纯水充分混匀后再使用，未用完的需要-20℃保存。

运输及保存	低温运输，-20℃保存，保存期限为 12 个月。
自备试剂	样品 DNA。
使用方法	**一、样品 DNA 的制备** 1. 如果有 N 个样品，最好设置 N+2 个提取，多出的一个是样本制备 PC（阳性对照），一个是样本制备 NC（阴性对照）。可以用自备的、确定三个基因为阳性的样本作为样品制备 PC。可以用自备的、确定是阴性的样本作为样品制备 NC，可以用水替代。 2. 用自选方法纯化样品的 DNA，本试剂盒跟市场上大多数 DNA 提取试剂盒兼容。 **二、Probe PCR 反应（20 μL 体系，在样品制备室进行）** 3. 如果有 N+2 个核酸提取，则设置 N+6 个 PCR 反应，多出的 4 个 1 个用于 PCR NC，另外三个分别用于三个待检测基因的 PCR PC。在标记管中按下表加入各成分（本表只列出一次重复）：

成分	样品管 N+2 个	PCR NC	伯氏疏螺旋体 PC	普氏立克次氏体 PC	伤寒立克次体 PC
2×Probe qPCR MasterMix	各 10 μL	10 μL	10 μL	10 μL	10 μL
伯氏疏螺旋体/普氏立克次氏体/伤寒立克次体三重 PCR 引物-探针溶液	各 3 μL	3 μL	3 μL	3 μL	3 μL
N+2 个待测 DNA	各 7 μL	不加	不加	不加	不加
超纯水	不加	7 μL	不加	不加	不加
伯氏疏螺旋体阳性对照（1E4 拷贝/μL）	不加	不加	7 μL	不加	不加
普氏立克次氏体阳性对照（1E4 拷贝/μL）	不加	不加	不加	7 μL	不加
伤寒立克次体阳性对照（1E4 拷贝/μL）	不加	不加	不加	不加	7 μL

4. 盖上盖子后上机，按下面参数进行 PCR:

过程	温度	时间
预变性	95℃	10 min
PCR 反应（45 个循环）	94℃	30 sec
	55℃	15 sec
	72℃	60 sec（采集 FAM 通道、HEX 通道和 Cy5 通道的荧光信号，淬灭基团均为 TAMRA）

注意：循环次数不要超过 45 个循环

	三、数据分析 5. 原始数据分析。如果 FAM 通道、HEX 通道和 Cy5 通道的 Ct 大于或等于 40，或者没有 Ct 值，则判为该通道阴性。如果 Ct 小于 40，并且荧光信号呈现倒 S 的典型扩增曲线，则判断为该通道阳性。 6. 实验有效性分析： 6.1、PC：所有 PC 反应应该在对应的通道呈现阳性，如伯氏疏螺旋体 PC 应该为 Cy5 通道阳性，普氏立克次氏体 PC 应该为 HEX 通道阳性。如果样本制备 PC 在其对应的通道为阴性，则整个样本制备实验无效。如果三个基因的 PCR PC 在其对应的通道为阴性（如普氏立克次氏体 PC 为 HEX 通道阴性），则整个 PCR 扩增实验无效。样本制备无效和扩增实验无效时均不需要分析数据，需要找到原因后再进行后续实验，可能原因包括操作失误、试剂变质或仪器故障。 6.2、NC：样本制备 NC 和 PCR NC 应该在所有通道呈阴性。如果样本制备 NC 或 PCR NC 结果在任何通道为阳性，则整个样本制备和 PCR 扩增实验无效，不需要分析数据，需要找到原因后再进行后续实验。可能原因是环境污染。 6.3、如果 PC 和 NC 均正常，则实验有效，可以对待测样本结果进行分析。 7. 样本结果分析：如果 FAM 通道、HEX 通道和 Cy5 通道的 Ct 大于或等于 40，或者没有 Ct 值，则判为阴性。如果 Ct 小于 40，并且荧光信号呈现倒 S 的典型扩增曲线，则判断为该通道对应的基因阳性。FAM 通道阳性则表示含有伤寒立克次体，HEX 通道阳性则表示含有普氏立克次氏体，Cy5 通道阳性则表示含有伯氏疏螺旋体。
关联产品	伯氏疏螺旋体染料法荧光定量 PCR 试剂盒