天净沙系列

CAT#:4-951702

常温运输和保存

天净沙

胆红素切片染色试剂盒（Kutlik Iron 法）

Bilirubin Staining Kit (Kutlik Iron Method)

使用手册 V0.5

北京天净沙基因科技有限公司

网址：www.tjs.bio；电话：400-1078566；电邮：order@tjs.bio

产品及特点

本试产品基于 Kutlik Iron 法开发的胆红素切片染色试剂盒。它具有下列特点：

1. 一站式，用户不需要单独购买和配制各种溶液。
2. 操作简单、可重复性高。
3. 能够有效维持组织形态结构，适合多种实验需求。
4. 本规格足够进行 250 张石蜡切片的染色。
5. 本产品只能用于科研。

规格及成分

本产品使用大纸盒包装

成分	编号	规格	包装
溶液 A	4-951702a	250 mL	250 mL 棕塑瓶
溶液 B	4-951702b	250 mL	250 mL 棕塑瓶
使用手册	4-951702sc	1 份	无

运输及保存

常温运输和保存，有效期一年。

自备试剂

胆红素切片，蒸馏水，96%乙醇，二甲苯，加拿大香胶。

使用方法

1. 用福尔马林或 Carnoy 固定液固定组织，按常规方法制备石蜡包埋切片。
2. 使石蜡切片入水。
3. 浸入溶液 A 15 分钟
4. 蒸馏水稍洗。
5. 96%乙醇漂洗。
6. 放溶液 B 中染色 10 分钟。
7. 96%乙醇漂洗。
8. 吸干，移入二甲苯，用加拿大香胶封片。
9. 显微镜下观察：胆红素呈绿色，背底为黄色。

关联产品

缩醛磷脂切片染色试剂盒（Cain 法）