天净沙系列

CAT#:EC3.6.1.7

低温运输，-20℃保存

天净沙

酰基磷酸酶活性测定试剂盒

ACP Assay Kit

使用手册 V1.0

北京天净沙基因科技有限公司

网址：www.tjs.bio；电话：400-1078566；电邮：order@tjs.bio

产品及特点

本产品用于测定酰基磷酸酶（ACP，Acylphosphatase，EC3.6.1.7）活性。其原理是该酶可以催化特异反应，其底物之一与显色液反应生成在 532 nm 波长下有特征光吸收的物质，故以之为测定物，它在该波长下的光吸收变化速度可反映底物在反应中的转换速度，由此可测定 ACP 活性。本产品具有如下特点：

1. 即开即用，使用便捷，用户不需要优化条件，只需准备待测样本。
2. 最低检测限为 0.156 U，线性范围在 0.313-10 U 之间。
3. 本试剂盒 1 个酶活性单位的定义是在最适反应条件下，让底物每分钟产生 1 μmoL 变化所需的酶量。注意：同一 EC 号下面的各种酶可能有不同的最适反应条件，本产品是基于大肠杆菌 ACP 的最适反应条件开发。如果用户所测酶的最适反应条件与之不同，可联系本公司定做。
4. 本产品足够 100 次 1 mL 体系的比色皿检测或 400 次 250 μL 体系的 96 孔板检测。
5. 本产品的起始材料是制备好的待测样本。本试剂盒不包括样本制备试剂，如果有需要可联系本公司另购。
6. 基于终点法测定。
7. 本产品只可用于科研。

规格及成分

本产品采用小扁盒包装

成份	编号	规格	包装
ACP 底物液	EC3.6.1.7s	40 mL	60 mL 本色瓶
ACP 反应液	EC3.6.1.7r	30 mL	30 mL 本色瓶
ACP 显色液 1	EC3.6.1.7c	20 mL	30 mL 棕色瓶
ACP 显色液 2	EC3.6.1.7c2	40 mL	60 mL 棕色瓶
10 mM 底物标曲液	EC3.6.1.7sd	10 mL	10 mL 本色瓶
使用手册	EC3.6.1.7sc	1 份	无

运输及保存

低温运输，-20℃保存，有效期一年。

自备试剂

待测样品，样本溶解液，超纯水，蛋白浓度测定试剂盒，比色皿及与之匹配的分光光度计，96 孔板及与之匹配的分光光度计。

使用方法

一、制备待测样本，以下除试剂盒成份外，ACP 简称为酶。

1. 用自选方式制备待测样本，记录下其总体积 V mL 便于后续计算酶比活性。待测样本的 pH 值最好在反应的最适 pH 附近，否则加入到反应中后可能会改变反应的 pH；待测样本中也不得含有高浓度的、在 532 nm 有光吸收的物质，不得含有能抑制 ACP 活性的成份。
2. 预留 100 μL 待测样本（N 个样中随机取一个），100℃水浴 10 分钟灭活其中的酶，

放冰上待用。此为酶阴性对照。如果酶耐热，不能热灭活，则用制备待测样本时所用的抽提液替代。

3. 用自备试剂测定待测样本的蛋白浓度，以备后续计算酶比活时使用。

二、标曲制备

4. 下面以制备 10 个浓度梯度的标曲液和 1 个空白对照为例。标记 0-10 号共 11 个 2 mL 离心管，并在 0-9 号管中加入 1 mL 第 1 步预留的 ACP 反应液，只 10 号管不加。
5. 在 10 号管中加入 1 mL 试剂盒提供的 10 mM 底物标曲液。
6. 在 9 号管中也加入 1 mL 试剂盒提供的 10 mM 标曲液，充分震荡 1 分钟。由于管中已经有 1 mL 反应液，故得 5 mM 标曲液。
7. 在 8 号管中加入 1 mL 9 号管中的标曲液，充分震荡 1 分钟，得 2.5 mM 标曲液。
8. 在 7 号管中加入 1 mL 8 号管中的标曲液，充分震荡 1 分钟，得 1.25 mM 标曲液
9. 重复上面的操作直到得到 1 号管的标曲液（此时 1 号管总体积为 2 mL，分 1 mL，只留 1 mL）。0 号管对照管不需要加入 1 号管的标曲液。最后所得 0-10 号管中标曲液浓度分别为 0、0.017 mM、0.034 mM、0.078 mM、0.156 mM、0.313 mM、0.625 mM、1.25 mM、2.5 mM、5 mM、10 mM，各 1 mL，放室温待用。
10. 将分光光度计开机预热 30 分钟，然后用超纯水调零。
11. 取 0-10 号各梯度测定物标曲液 400 μL，37℃保温 10 分钟，分别加入 200 μL ACP 显色液 1，混匀后室温静置 10 分钟，再分别加入 400 μL ACP 显色液 2，12000×g 离心 5 分钟，取上清检测 532 nm 吸光度，每个样本测定三次。
12. 数据处理：计算 1-10 号每个样本的平均 A 值，然后用每个样本的 A 值减去 0 号空白对照的 A 值即得 10 个样本的真实△A 值。
13. 根据上述测定的各梯度标曲液的吸光度值，以标曲液浓度为横坐标，真实吸光度值为纵坐标，可得标准曲线 y = b x ±c，可带代入以下计算，y 代表真实△A 值。
14. 此公式可在后续测试中反复使用，但在后续实验时必须设置 1 个质检点标曲液随待测样本一起测试。质控点标曲液的制备同上，其浓度必须在上步所得标曲的线性范围内，最好异于制备标曲所用的 6 个浓度。如果质控点的测试结果代入上步回归方程式得到的计算浓度跟其配制浓度相差在 10%以内，则可将同组的待测样本 A 值代入公式直接计算其对应的 C 值。如果相差大于 10%，则不能用此方程式，需同步制备新的标曲，得到新的回归方程式，再用其计算待测样本的 C 值。

三、样本测定

15. 如果有 N 个待测样本，每个做 1 次重复，则按下表在 2 mL 试管中设置 N + 3 个反应。酶阳性对照可以在首次实验或遇到问题需要查找原因时才使用。

成分	阴性对照管	N 个样本管	质控点管
ACP 底物液	380 μL	各 380 μL	不加
灭活样本	20 μL	不加	不加
样本	不加	各 20 μL	不加
各梯度测定物标曲液	不加	不加	400 μL
混匀后 37℃保温 10 分钟			
ACP 显色液 1	200 μL	各 200 μL	200 μL
混匀后室温静置 10 分钟			
ACP 显色液 2	400 μL	各 400 μL	400 μL
12000×g 离心 5 分钟，取上清检测 532 nm 吸光度			

四、数据处理

16. 计算ΔA/min 测定值=第 10 分钟△A 值（阴性对照管-测定管） / 10 分钟。
17. 计算测定物消耗量/min = 待测样本△A 值/min 测定值 ÷ b = X mM/分钟。
18. 反应体系为 1 mL 则每分钟物质的量变化为 X mM/分钟×1 mL = N μmoL。
19. 根据酶活性的定义（使酶反应中底物每分钟有 1 μmoL 变化量所需的酶量），反应体系中的酶活性单位数为 N。反应体积为 1 mL，故反应体系中酶浓度为 N 单位/1 mL = N 单位/mL。
20. 计算样本中的酶浓度（活性）：由于反应体系中的酶是待测样本中的酶稀释 50 倍而得（20 μL 样本加入到 1 mL 反应系统中），故样本中酶的浓度（活性） = 50*N 单位/mL。
21. 计算样本的酶比活性：样本中酶的活性（50*N 单位/mL）÷ 蛋白浓度 = M U/mg。

五、96 孔板检测

22. 操作同上，只是在设置反应时，各成份的用量需要×25%；在计算时，需将 1 mL 的反应体积改成 0.25 mL，需将 1 cm 的光径改成所用 96 孔板的光径（需询问 96 孔板厂家）。

关联产品 酰基磷酸酶抽提试剂盒