天净沙系列

CAT#:13-83600

低温运输，-20℃保存

真菌通用 PCR 试剂盒

Skygen *Fungus* PCR Kit

使用手册 V1.0

北京天净沙基因科技有限公司

网址：www.tjs.bio；电话：400-1078566；电邮：order@tjs.bio

产品及特点

本产品就是为专门检测真菌通用的 PCR 试剂盒，它具有下列特点：

1. 即开即用，用户只需要提供样品 DNA 模板。
2. 产品经过精心优化，分析灵敏性能到达 100 拷贝/反应。
3. 提供阳性对照，便于区分假阴性结果。
4. 特异性高，引物是根据真菌通用 DNA 高度保守区设计，不会跟除此之外的其他生物的 DNA 发生交叉反应。
5. 本产品足够 50 次 20 μL 体系的常规 PCR 反应。
6. 本产品只能用于定性实验，不能用于定量实验。
7. 本产品只能用于科研。

规格及成分

本产品采用五孔盒包装

成分	编号	规格	包装
2×PCR MasterMix	990805	0.5 mL	0.5 mL 本色管
超纯水	210806	1 mL	1.5 mL 蓝盖管
真菌通用 PCR 引物干粉	yw14-83600gz	50 次	0.5 mL 白盖管
真菌通用 PCR 阳性对照（1E4 拷贝/μL）	pc58910-J01353-18S	250 μL	0.5 mL 黄盖管
6×DNA 甘油型双色上样液	6-0881	100 μL	0.5 mL 本色管
使用手册	13-83600sc	1 份	无

注意：引物干粉在使用前需要短暂离心，然后在离心管中加入 110 μL 的超纯水充分混匀后再使用，未用完的需要-20℃保存。

运输及保存

低温运输，-20℃保存，保存期限为 12 个月。

自备试剂

样品 DNA

使用方法

一、样品 DNA 的制备

1. 如果有 N 个样品，必须设置 N+2 个提取反应，多出的两个中一个是 PC（样品制备阳性对照），一个是 NC（样品制备阴性对照）。可以用试剂盒提供的 PCR 阳性对照（1E4 拷贝/μL，本试剂盒提供）10 μL 加上一定量的水作为制备的阳性对照（加水后其总体积跟核酸制备试剂盒所要求的起始样品体积一样）。可以直接用水作为制备的阴性对照。
2. 用自选方法纯化上述 N+2 个样品的 DNA。本试剂盒跟市场上大多数样品 DNA 提取试剂盒兼容。也可以选用本公司的相关的核酸提取试剂盒。

二、设置 PCR 反应（20 μL 体系）

3. 标记 N+4 个 PCR 管，其中 N+2 个用于上步得到的 DNA 样品，额外增加的两个管一

个用于 PCR 阳性对照，另一个用于 PCR 阴性对照。按照下表在各 PCR 管中加入下列成分：

成份	N+2 个 样品管	PCR 阴性对照	PCR 阳性对照
2×PCR MasterMix	各 10 μL	10 μL	10 μL
真菌通用 PCR 引物混合液	各 2 μL	2 μL	2 μL
制备的 N+2 个 DNA 样品	各 8 μL	不加	不加
超纯水	不加	8 μL	不加
真菌通用 PCR 阳性对照（1E4 拷贝/μL）	不加	不加	8 μL

4. 上机进行 PCR，PCR 反应参数为：

过程	温度	时间
预变性	95℃	5 分钟
PCR 反应 （45 个循环）	95℃	15 秒
	52℃	15 秒
	72℃	30 秒

三、电泳分析

5. 取 10 μL 扩增产物加入 2 μL 6×DNA 甘油型双色上样液混合后，进行常规琼脂糖电泳，检测扩增效果，由于扩增产物较短，建议用 1.5%-2.0%的琼脂糖凝胶。
6. 阳性样品预期得到的扩增产物长度为 397 bp。如果两个阴性对照（样品制备阴性对照或 PCR 阴性对照）有此扩增产物，说明环境污染，则整个实验无效，不需要分析实验结果。如果所有样品和 PCR 阳性对照均无此扩增产物，则说明有系统性的问题（试剂，设备，程序，操作等），需要重复并排查原因。
7. 如果没有上述两种情况，则实验有效，可以分析样品的扩增结果。N+2 个样品中扩增产物的判断为阳性，无则判定为阴性。

关联产品	真菌通用荧光及可视化 LAMP 检测试剂盒