天净沙系列

CAT#:220577

低温运输及避光保存

天净沙

唾液采集器套装

Skygen Saliva Collector Set

使用手册 V0.5

北京天净沙基因科技有限公司

网址：www.tjs.bio；电话：400-1078566；电邮：order@tjs.bio

产品及特点

本产品是唾液采集器套装，唾液采集器是一种对人体无创伤的样本采集装置，能最大限度地采集高纯度及高通量的细胞 DNA/RNA 样本。唾液采集器由采集漏斗，唾液收集管及预装有保存液的保存瓶组成。独特的产品结构设计，避免采集过程中保存液外漏或与手等其他部位接触，使用更安全，自采更放心。本产品只能用于科研。产品具有以下特点:

1. 高纯度和高通量的 DNA/RNA 样本;
2. 非侵入式，简易采集，便捷保存及运输;
3 .DNA 样本在常温下可以维持 2 年以上;
4. 优化手动样品处理和自动化工作流程。

规格及成分

本产品使用 logo 热封袋包装

成分	编号	规格	包装
唾液采集器套装	220577	50 T	logo 热封袋
使用手册	220577sc	1 份	1 份

运输及保存

低温运输，4℃避光保存，有效期一年。

自备物品

无。

使用流程

1. 在采集唾液样本半小时前，建议使用纯净水清洁口腔杂物或者使用相关产品漱口，且勿进食、饮酒、吸烟或咀嚼口香糖。
2. 将舌尖抵住上颚进行唾液浓缩，然后吐唾液到采集装置，直到液体唾液（非气泡）含量达到 2 mL 刻度线;
3. 取另一只装有 2 mL 保存液的保存管，拧开盖子，然后单手握住唾液采集器使其直立，另一只手将 2 mL 保存液缓慢倒入采集漏斗，摇晃 10-15 次，使唾液样本和保存液充分混合。最后，顺时针拧下漏斗，将装有混合样本的保存管盖上拧紧;
4. 握住唾液采集器使其直立，然后将装有保存液的唾液采集器盖子均匀的扣上，使保存液流入收集管，混合唾液。最后，拧下漏斗，用备用的小盖子将混合样本的保存管盖上拧紧;
5. 摇晃盖紧的混合样本保存管 10 秒，使其充分混合。收集漏斗及其他医疗垃圾丢弃处理。

关联产品

MNase Southern 预杂交液