天净沙系列

CAT#:3-pv88200

低温运输，-80℃保存

天净沙

人免疫缺陷病毒 2 型假病毒 RNA 标准品，(5.8±1.5)×E5 copies/mL

Human Immunodeficiency Virus Type 2 Pseudovirus RNA Reference Material, (5.8±1.5)×E5 copies/mL

使用手册 V0.8

北京天净沙基因科技有限公司

网址：www.tjs.bio；电话：400-1078566；电邮：order@tjs.bio

产品及特点

本产品为(5.8±1.5)×E5 copies/mL 的人免疫缺陷病毒 2 型（HIV-2）假病毒 RNA 标准品，基因测序同源性≥99%，适用于定性与定量研究分析、测量方法验证评价以及实验室质量控制。本产品用于科研。

规格及成分

本产品采用 logo 热封袋包装

成份	编号	规格	包装
人免疫缺陷病毒 2 型假病毒 RNA 标准品，(5.8±1.5)×E5 copies/mL	3-pv88200	100 μL×5	0.5 mL 本色管
使用手册	3-pv88200sc	1 份	无

运输及保存

低温运输，-80℃保存，有效期 2 年。

自备试剂

根据具体实验决定

使用方法

本标准品使用时，移至室温待完全融解后，振荡混匀，瞬时离心后使用，尽量避免反复冻融。

注意事项:

1. 使用时请在无菌环境下，生物安全柜中操作，尽量避免反复冻融。
2. 本标准品使用时应注意生物安全防护。应按有潜在生物传染性样本对待，操作和处理均需符合相关法规要求：卫生部《病原微生物实验室生物安全通用准则》和《医疗废物管理条例》

关联产品

人免疫缺陷病毒 2 型探针法 qPCR 试剂盒（不含内参）